

/pieczęć firmowa/

Nr sprawy: ZW/4/DS./BO/2020

Wałbrzych, dnia 21.04.2020 r.

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI

POPREDZAJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający: SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY
im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
58-301 Wałbrzych , ul. Paderewskiego 10

Wykonawca: Famed Żywiec Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 1

Podstawa: Na podstawie art. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w powiązaniu z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374), oraz z Ustawą z dnia 31 marca 2020r., (Dz. U. 2020r., poz. 568).

Nazwa zamówienia: „Zakup stołu operacyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”

Szacunkowa wartość zamówienia: 57 780,00 PLN = 13 533,83 EURO.

Negocjacje przeprowadzono w siedzibie: Zamawiającego.

Ze strony Zamawiającego w spotkaniu uczestniczyli:

1. Barbara Zięba
2. Danuta Nowakowska
3. Krystyna Bieniek

Ze strony Wykonawcy w spotkaniu uczestniczył:

1. Łukasz Miaśkiewicz

Przedmiotem rokowań objęto:

- zakres zamówienia,
- termin realizacji zamówienia,

- wysokość wynagrodzenia.
- Przeglądy techniczne

Przed rozpoczęciem negocjacji od Wykonawcy przyjęto do protokołu oświadczenie poniższej treści:

- *składam oświadczenie, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:*
 - 1) *Posiadam uprawnienia konieczne do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.*
 - 2) *Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.*
 - 3) *Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniających wykonanie zamówienia oraz:*
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PRZEBIEG NEGOCJACJI:

Negocjacje obejmują zakres przedmiotu zamówienia (opcjonalne wyposażenie stołu) oraz obniżenie ceny brutto za stół operacyjny wraz z wyposażeniem.

Ostateczny skład stołu operacyjnego oraz cena brutto (Oferta nr 001/00787/2020 z dnia 21.04.2020 r.):

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem	J.m.	Ilość	Cena brutto
1.	<p>Stół operacyjny SU-03.0 - blat czterosegmentowy, manualna SU-03 regulacja przesuwu wzdłużnego, podstawa w kształcie litery "T"</p> <p>Podstawowa struktura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stół wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o powierzchni matowej. • Podstawa przejezdna z blokadą uruchamianą dźwignią nożną (w wersji z podstawą w kształcie litery T blokowanie przy pomocy czterech mechanicznie wysuwanych stopek). • Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. • Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. • Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG, umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C. <p>Funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulacje wysokości blatu, przechyłów bocznych, przechyłów Trendelenburga i anti-Trendelenburga oraz poziomowanie blatu realizowane z pilota przewodowego za pomocą układu elektrohydraulicznego, zasilanego bateryjnie napięciem 24 V DC. Pilot posiada wskaźniki naładowania akumulatorów. • Nachylenie oparcia pleców, podnóżków i podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. • Przesuw wzdłużny blatu realizowany ręcznie. • Ręczne odwodzenie podnóżków. 	Szt.	1	45 755,28
2.	<p>BOCZNY PANEL KONTROLNY AS-39.0 AS-39</p> <p>Montowany na kolumnie stołu, umożliwia regulację wysokości blatu, przechyłów bocznych, wypiętrzenia ławeczki nerkowej, zmianę orientacji blatu oraz ustawienia pozycji: Trendelenburga, anti-Trendelenburga i „zero”. Na panelu znajdują się przyciski funkcyjne zgodne z przyciskami na pilocie przewodowym oraz wskaźnik naładowania akumulatorów</p>	Szt.	1	2 840,40

3.	Podpórka ręki PR-01.5 z uchwytem wielopozycyjnym WS-17.6 służy do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 160 mm x 500 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej.	Kpl.	2	1 844,64
4.	Ramka anestezjologiczna WS-01.5 z uchwytem WS-01.5 wielopozycyjnym WS-17.6 posiada regulację wysokości i obrotu wokół osi pionowej. Ramka jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym.	Kpl.	1	611,28
5.	Podkolanniki WS-05.5 z uchwytem wielopozycyjnym 2xWS-17.6 służyć do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 190 mm x 295 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowne ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki.	Kpl.	1	1 947,24
6.	Pas brzuszny WS-41.0 służy do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym. Pas WS-41.0 składa się z dwóch nierdzewnych zaczepów montowanych na listwach bocznych po obu jego stronach oraz dwóch pasów o szerokości 100 mm łączonych za pomocą taśmy z rzepami.	Szt.	3	1 001,16
Ogółem wartość brutto				54 000,00

2. **Termin realizacji zamówienia:** 3-4 tygodnie od daty złożenia zamówienia.
3. **Dodatkowo wynegocjowano:**
 - a) 2 przeglądy nieodpłatnie (1 przegląd na 12 m-cy),
 - b) Okres gwarancji 24 m-ce,
 - c) Transport, montaż i szkolenie na koszt dostawcy.

Na tym protokół zakończono.

W okresie pandemii Covid -19 oświadczenie woli Wykonawcy przyjęto jako ostateczne i wiążące zobowiązanie ofertowe przekazane drogą mailową – oferta nr: 001/00787/2020 z dnia 21.04.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Data: 21.04.2020 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
 Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Pokoźniczego
 im. E. Piernackiego w Włocławku
E. Poczowska
 mgr Elżbieta Poczowska

